



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: NCC 18.05418 Revisão/revision nº.: 00
Certificate No.

Data de emissão: 21/09/2018 Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3
Emission date: Certificate valid only accompanied of pages 1 through 3

Data de validade: 21/09/2023
Validity date:

Solicitante: **Schuster Comércio de Equipamentos Odontológicos LTDA**
Applicant: Rua José Carlos Kruehl, 49, Nossa Senhora de Lourdes
Santa Maria / RS
CEP: 97060-380 / CNPJ: 93.185.577/0001-04
Brasil

Produto: **Micromotor Odontológico Intra**
Product:

Marca / Modelo: **X05 e X10**
Brand / Model:

Fabricante e Unidade fabril (Fabricante): **Schuster Comércio de Equipamentos Odontológicos LTDA**
Manufacturer and manufacturing location: Rua José Carlos Kruehl, 49, Nossa Senhora de Lourdes
(Manufacturer): Santa Maria / RS
CEP: 97060-380 / CNPJ: 93.185.577/0001-04
Brasil

Wilson Bonato
Gerente Técnico
Technical Manager

Certificado emitido conforme requisitos da avaliação da conformidade para equipamentos elétricos sob regime de vigilância sanitária, anexo à Portaria Inmetro nº. 54 de fevereiro de 2016.

Certificate issued in accordance with the conformity assessment requirements for electrical equipment under sanitary surveillance system, annex to Inmetro's ordinance no. 54 of February 1, 2016.

- Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.
This certificate may only be reproduced with all its pages.
- A situação e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.
The status and authenticity of this certificate may be verified by visiting Inmetro's website.
- Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificação acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação.
This certificate of conformity was issued by a product certification body accredited by Cgcre.

Certificado emitido por:
Certificate issued by:

NCC Certificações do Brasil Ltda.
Acreditação Cgcre nº 0034 (16/10/2003)
Rua Conceição, nº 233, CEP 13010-916
CNPJ nº 16.587.151/0001-28 – Campinas/SP
www.ncc.com.br



Histórico da Revisão:

Revisão	Processo	Certificado	Data da Revisão	Descrição
0	46102/17.2	NCC 18.05418	21/09/2018	Emissão inicial



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado N°: NCC 18.05418
Certificate No.

Revisão/revision nº.: 00

Data de emissão: 21/09/2018
Emission date:

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 3

Este certificado é emitido como uma verificação que amostras, representativas da linha de produção, foram avaliadas e ensaiadas e atenderam às normas listadas abaixo, e que o sistema de gestão da qualidade do fabricante, relativo aos produtos cobertos por este certificado, foi avaliado e atendeu aos requisitos de sistema da qualidade da Portaria Inmetro. Este certificado é concedido sujeito às condições previstas na Portaria Inmetro.

This certificate is issued as verification that samples, representative of production, were assessed and tested and found to comply with the standards listed below and that the manufacturer's quality system, relating to the products covered by this certificate, was assessed and found to comply with the Inmetro quality system requirements. This certificate is granted subject to the conditions as set out in Inmetro Rules.

NORMAS:

STANDARDS:

ISO 14457:2012

ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011

ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2014

Este certificado **não** indica conformidade com outros requisitos de segurança e desempenho do que os expressamente incluídos nas normas listadas acima.

This certificate does not indicate compliance with safety and performance requirements other than those expressly included in the standards listed above.

RELATÓRIOS DE ENSAIO E AVALIAÇÃO:

TEST AND ASSESSMENT REPORTS:

Amostras do equipamento listado passaram com sucesso nas avaliações e ensaios registrados em:

Samples of the equipment listed has successfully met the assessment and test requirements as recorded in:

Registro de avaliação da conformidade técnica (apresenta a verificação dos documentos utilizados para análise e as conclusões para a recomendação da certificação):

Technical conformity assessment register (assessment that presents the verification of the documents used for analysis and recommendation of certification conclusions):

BPM: 453950

Processo: 46102/17.2

Data do aceite da proposta: 30/11/2017

Data da auditoria: 30/04/2018, 02/05/2018 e 03/05/2018.

Relatório(s) de ensaio:

Test report(s):

N° do relatório	Norma	Laboratório	Data de emissão
R181904	ISO 14457: 2012	NO RISK	18/04/2018
R182043	ISO 14457: 2012	NO RISK	17/09/2018

PRODUTO:

PRODUCT:

Produtos e sistemas abrangidos por este certificado estão especificados como segue:

Products and systems covered by this certificate are specified as follows:

Os Micromotores Odontológicos Intra são destinados para tratamentos dentais na área de odontologia e utilizados em conjunto com um contra ângulo ou uma peça reta de sistema Intra.

Características técnicas da Família:

Modelo	Rotação	Torque	Consumo de Ar	Marca
X05	5.000 a 20.000 rpm	2.0 N/cm	Máx. 52 mL/min (± 10%)	Schuster
X10	5.000 a 20.000 rpm	2.0 N/cm	Máx. 52 mL/min (± 10%)	Schuster